

	FORMULÁRIO DE AQUISIÇÕES	Codificação SEATS
--	---------------------------------	------------------------------------

Nº 002/2019

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1.1 Aquisição de autoclave e contra angulo
2 – JUSTIFICATIVA
<p>2.1 Necessidade de equipar esta Seção de Atenção à Saúde (SEATS), com a finalidade de dar continuidade a prestação de serviços odontológico.</p> <p>2.2 Tal medida é indispensável e sua necessidade é de caráter de emergência, tendo em vista a necessidade de esterilização dos instrumentais.</p> <p>2.3 A necessidade do contra ângulo se dá visto que o atual encontra-se estragado, dificultando assim os atendimentos odontológicos.</p>
3 – CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO
<p>3.1 QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA: Regularidades fiscais, previdenciárias e trabalhistas.</p> <p>3.2 GARANTIAS CONTRATUAIS: Não Necessárias.</p>

4 – FORNECIMENTO			
ITEM	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	QUANT.
1	AUTOCLAVE	<p>AUTOCLAVE 21 LITROS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digital, fácil manuseio; * Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; * 21 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência; * Câmara Aço inox; * Sem reservatório. Usando o copo dosador, coloque a quantidade correta de água destilada diretamente na câmara (250 ml); * Programa único de Esterilização; * Desaeração e despressurização automática;; * Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; * 3 bandejas em alumínio anodizado; * Secagem eficiente com porta entreaberta; 	01

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/11/2019 16:25:21
Por: MARIVETH FERREIRA PEIXOTO e outro

	FORMULÁRIO DE AQUISIÇÕES	Codificação SEATS
--	---------------------------------	------------------------------------

4 – FORNECIMENTO

ITEM	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	QUANT.
		<ul style="list-style-type: none"> * Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; * Garantia: 2 anos; * Potência: 1.600 Watts; * Frequência: 50/60 Hz; * Dimensão Externa: 38 x 38 x 55 cm (largura x altura x profundidade); * Dimensão Câmara: 25 x 43 cm (diâmetro x profundidade); * Peso Líquido: 23,3 kg; * Peso Bruto: 25,9 Kg; * Fácil manuseio; * Design moderno; 	
2	Contra Ângulo	<ul style="list-style-type: none"> * O Contra-Ângulo 500 possui giro livre de 360°. * Uso com Micro Motor Pneumático. * Acoplamento INTRAmatic. * Spray externo. * Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). * Baixo nível de ruído e vibração. * Encaixe INTRAmatic Universal * A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. * Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. 	01

LOCAL DE ENTREGA:

Praça Cívica nº 300, centro, Goiânia-GO

UNIDADE RESPONSÁVEL:

Setor de Atenção à Saúde (SEATS)

PROTÓTIPO: Não necessário.

5 - OBRIGAÇÕES

5.1 CONTRATADA:

	FORMULÁRIO DE AQUISIÇÕES	Codificação SEATS
--	---------------------------------	------------------------------------

- Entregar os bens, em conformidade com as condições contratadas, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias contados do recebimento da respectiva nota de empenho, estando o frete incluído no valor ofertado;
- Agendar, com no mínimo 3 dias de antecedência, a entrega dos bens, haja vista a necessidade de análise e verificação da conformidade com o termo de referência;
- Cumprir as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, fornecendo os devidos comprovantes de quitação;
- Garantia mínima de 5 (cinco) anos, fornecida pelo fabricante, a partir do recebimento definitivo.

5.2 CONTRATANTE:

- Pagamento, após o recebimento definitivo, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do aceite definitivo, consubstanciado através da emissão da nota técnica pela unidade gestora.

6 – ESTIMATIVA DE PREÇOS*

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR SUGERIDO
1	autoclave	1	<ul style="list-style-type: none"> - Câmara de esterilização em aço inoxidável. - Painel digital LCD, com teclado de membrana para o controle de parâmetros dos ciclos, com mensagens visuais e sonoras. - Controle do ciclo automático através de microprocessador eletrônico, com grande liberdade de ciclos programáveis. - Fecho da tampa de triplo estágio e porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados. - Secagem programável do material, com opção de ciclos extras.

	FORMULÁRIO DE AQUISIÇÕES	Codificação SEATS
--	--------------------------	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização - Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor. - Diversos sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras. - Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. - Apresentação também nas versões Beautyclave® Salmão, Beautyclave® Rosa e Tattooclave®. 	
2	Contra Ângulo		<ul style="list-style-type: none"> * O Contra-Ângulo 500 possui giro livre de 360°. * Uso com Micro Motor Pneumático. * Acoplamento INTRAmatic. * Spray externo. * Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). * Baixo nível de ruído e vibração. * Encaixe INTRAmatic Universal * A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. * Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. 	01

* Valores colhidos nos sítios especializados

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/11/2019 16:25:21
Por: MARIVETH FERREIRA PEIXOTO e outro

	FORMULÁRIO DE AQUISIÇÕES	Codificação SEATS
--	--------------------------	-----------------------------

das páginas da Rede Mundial de Computadores (Internet).	TOTAL: R\$ 5.256,84
---	----------------------------

7 – DADOS DA SOLICITAÇÃO

UNIDADE SOLICITANTE: SEATS	DATA: 22/11/2019
ELABORADOR: MARIVETH FERREIRA PEIXOTO Tec Judiciário - Enfermagem	_____ ASSINATURA
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: DAVYSON DE ABREU MACHADO – Chefe SEATS	_____ ASSINATURA